

## EXP1803 - Developing #149

Developing # 148 (Открыта): Подготовка оборудования

### Магнит нулевого градуса

02/27/2018 01:23 PM - Vratislav Chudoba

<b>Status:</b> Открыта	<b>Start date:</b> 03/01/2018
<b>Priority:</b> Низкий	<b>Due date:</b>
<b>Assignee:</b>	<b>% Done:</b> 0%
<b>Category:</b> Hardware	<b>Estimated time:</b> 0.00 hour
<b>Target version:</b>	
<b>Description</b> Включение магнита нулевого градуса. В результате мы должны понять, работоспособный он или нет и решить, будем ли проводить измерение ЗНе под низкими или высокими углами в лабораторной системе.  Главным организатором работ - Сергей Крупко.  Результат: <ul style="list-style-type: none"><li>• магнит включается;</li><li>• проведена грубая проверка индукции магнитного поля в диапазоне 50 - 480 А;</li><li>• после двух часов работы магнит незаметно нагревается;</li><li>• замечена сильная неоднородность магнитного поля вне объема;</li></ul>	
<b>Subtasks:</b> Developing # 159: Термозащита <span style="float: right;"><b>Открыта</b></span>	

### History

#1 - 02/27/2018 01:39 PM - Vratislav Chudoba

- Category set to Hardware

#2 - 03/01/2018 05:04 PM - Vratislav Chudoba

- % Done changed from 0 to 100

#3 - 03/01/2018 11:42 PM - Vratislav Chudoba

- Description updated