

EXP1803 - Developing #149

Developing # 148 (Открыта): Подготовка оборудования

Магнит нулевого градуса

02/27/2018 01:23 PM - Vratislav Chudoba

Status:	Открыта	Start date:	03/01/2018
Priority:	Низкий	Due date:	
Assignee:		% Done:	0%
Category:	Hardware	Estimated time:	0.00 hour
Target version:			
Description Включение магнита нулевого градуса. В результате мы должны понять, работоспособный он или нет и решить, будем ли проводить измерение ЗНе под низкими или высокими углами в лабораторной системе. Главным организатором работ - Сергей Крупко. Результат: • магнит включается; • проведена грубая проверка индукции магнитного поля в диапазоне 50 - 480 А; • после двух часов работы магнит незаметно нагревается; • замечена сильная неоднородность магнитного поля вне объема;			
Subtasks: Developing # 159: Термозащита			
			Открыта

History

#1 - 02/27/2018 01:39 PM - Vratislav Chudoba

- Category set to Hardware

#2 - 03/01/2018 05:04 PM - Vratislav Chudoba

- % Done changed from 0 to 100

#3 - 03/01/2018 11:42 PM - Vratislav Chudoba

- Description updated